



AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.
LGS. 50/2016 SEDE LEGALE: VIA ACQUAREGNA N. 1/15 00019 TIVOLI
Sito Aziendale: www.aslroma5.it

Questa **ASL ROMA 5** intende accertare l'esistenza sul mercato di ditte che forniscono il materiale di seguito specificato, occorrenti al **SIMT di Tivoli**, aventi le caratteristiche tecniche o similari in grado di assicurarne con successo la medesima funzionalità d'uso,

- Strumentazione "Sistema Plasma Check System" per processo di congelamento e conservazione degli emocomponenti

Gli operatori economici interessati che ritengono di poter offrire prodotti equivalenti a quelli sopracitati, possono inoltrare la propria manifestazione di interesse al seguente indirizzo mail: uocappaltiecontratti@aslroma5.it entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, allegando, in formato PDF, la documentazione di seguito evidenziata che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso (Nome, cognome e qualifica) alla persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente la Società, autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- Schede tecniche ed eventuali dépliant illustrativi dei prodotti proposti in lingua italiana;

Ove trattasi di Impresa distributrice:

- Dichiarazione delle ditta produttrice e/o importatrice attestante autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in argomento.

Ove trattasi di Impresa importatrice:

- Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta produttrice attestante la titolarità dell'Azienda all'importazione in Italia dei prodotti e/o linee in argomento;

La presente consultazione è svolta ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di quanto disposto dall'ANAC con la linea guida n. 8 definita con la Determina n. 950 del 13/09/2017 in relazione al "ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili".

Distinti saluti.

IL Direttore
UOC Appalti e Contratti
Dr. Mario Petrucci

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				
SIMIT P.O. TIVOLI	DESCRIZIONE	Confezionamento/UNITA' MISURA	Qtà richieste	Descrizione Articolo
PROCESSO DI CONGELAMENTO E CONSERVAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI				
	IL SISTEMA è COMPOSTA DA SENSORI (cryo -med emo cryo -medE centry -med J) IN GRADO DI ACQUISIRE, MEMORIZZARE, REGISTRARE E VALIDARE LA TEMPERATURA RILEVATA AL CENTRO DELLE SACCHE TESTI (PLASMA ed EMO CHECH -BAG) DURANTE I PROCESSI DI CONGELAMENTO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO E CENTRIFUGAZIONE			
OFFERTA DI NOLEGGIO				
SISTEMA DI PERIODO DI 36 MESI NELLA SEGUENTE CONFIGURAZIONE SEMPRE PRESENTE PRESSO IL CT		N	2	
	CRYO - MED SENSORE DI TEMPERATURA PER ABBATTITTORE E CONGELATORI CON RANGE DA + 55° C.A - 86 SOFTWARE MEMO TRTACKPER IL MONITORAGGIO, LA TRACCIABILITA' E LA VALIDAZIONE DEI DATI	N	1	
CONVALIDA PROCESSI PLASMA				
	PLASMA CHECK BAG PER IL MONITORAGGIO DEL CONGELAMENTO E DELLA CONSERVAZIONE DEL PLASMA DELLA CAPACITA' DI 250 ML	N	2	
CONVALIDA PROCESSI SANGUE /EMC CONSERVAZIONE E TRASPORTO E CENTRIFUGAZIONE				
	SACCHE EMO CHECK BAG PER IL MONITORAGGIO DELLA CONSERVAZIONE E TRASPORTO GLOBULI ROSSI CONCENTRATI E/O PIASTRINE DELLA CAPACITA' DI 250 ML;	N	1	
	SACCHE EMO CHECK BAG PER IL MONITORAGGIO DELLA CONSERVAZIONE E TRASPORTO GLOBULI ROSSI CONCENTRATI E/O PIASTRINE DELLA CAPACITA' DI 450 ML;	N	1	
	CENTRY MED SENSORE DI TEMPERATURA PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA DI CENTRIFUGAZIONE DELLE SACCHE DI SANGUE; - COMPENSIVO DI CONTENITORE SECONDARIO EXPERTGELL BAG PER IL CONTENIMENTO DURANTE IL PROCESSO	N	1	
	INTERFACCIA PER CENTRY -MED CON CAVO DI CONNESSIONE AL PC	N	1	
SCHEDA DETTAGLIO COMPONENTI DEL SISTEMA PER 36 MESI				
	N. COMPONENTI ANNUO	N	2	
	CRYOMED	N	0	
	EMO CRIOMED	N	1	
	CENTRY MED	N	2	
	SACCA PLASMA 250 ML	N	0	
	SACCA PLASMA 450 ML	N	0	
	SACCA PLASMA 750ML	N	1	
	SACCA EMO 250ML	N	1	
	SACCA EMO 450ML	N	1	
	BASETTE USB	N	1	
	INTERFACCIA CENTRY - MED	N	1	
	SOFTWARE MEMO TRTACKPER IL MONITORAGGIO, LA TRACCIABILITA' E LA VALIDAZIONE DEI DATI	N	1	
	PRIMA INSTALLAZIONE /ASSISTENZA	N	1	
MATERIALI DI COINSUMO				
	LA FORNITURA E' IN FULL RISK E NON E' NECESSARIO NESSUN MATERIALE DI CONSUMO, I SENSORI, LA Basetta USB LE SACCHE TEST DEVONO ESSERE SOSTITUITE PERIODICAMENTE IN BASE ALL'UTILIZZO E/O USURA E/O A ROTTURA ACCIDENTALE			
CONDIZIONI DI FORNITURA				
	INSTALLAZIONE COLLAUDO E FORMAZIONE DEL PERSONALE			
	ASSISTENZA FULL RISK PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO DI 36 MESI			
	SERVIZIO DI RITIRO E TARATURA E CERTIFICAZIONE ANNUALE DEI SENSORI CON CADENZA ANNUALE CERTIFICATO DI TARATURA RILASCIATO DA ENTE TERZI - ISTITUTO DIMETROLOGIA AUTORIZZATO ACCREDITA - MARCATO CE DIRETTIVA 2004/108 CE			
	SOSTITUZIONE PERIODICA DELLE SACCHE CHECK BAG IN VASE AL LORO UTILIZZO - OGNI ANNO - E/O USURA E/O ROTTURA ACCIDENTALE			