

UOC Appalti e Contratti
Tel 0774701049
Email:uocappaltiecontratti@aslroma5.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SERVICE DI N. 2 IMMUNOCOLORATORI AUTOMATICI COMPLETI DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E DI UN SCANNER DIGITALE PER ACQUISIZIONE IMMAGINI ISTO-CITOPATOLOGICHE PER UN FABBISOGNO DI DUE ANNI.

SI RENDE NOTO CHE

Questa ASL ROMA 5 intende accertare l'esistenza sul mercato di ditte che forniscono **sistemi completi di materiale consumo di seguito specificato**, occorrenti alla **UOSD di Anatomia Patologica del P.O. di Tivoli** e per il **Servizio di Anatomia Patologica P.O. di Colleferro**, aventi le caratteristiche tecniche sotto descritte o equivalenti (ex art. 68 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) in grado di assicurarne con successo la medesima funzionalità d'uso,

Fornitura in service:

- N. 1 Immunocoloratore automatico Benchmark Ultra Full System, occorrente alla UOSD di Anatomia Patologica del P.O. di Tivoli;
- N. 1 Immunocoloratore automatico Benchmark GX Fullsystem, occorrente al Servizio di Anatomia Patologica P.O. di Colleferro;
- Entrambi completi di anticorpi primari, reagenti, vetrini e quant'altro occorrente per l'esecuzione di 6000 test/annuo, come da allegato;
- N. 1 Scanner per digital pathology, compatibile e collegato con l'immunocoloratore automatico occorrente alla UOSD di Anatomia Patologica del P.O. di Tivoli.

Tali strumenti possono essere anche ricondizionati.

Specifiche tecniche:

Gli Immunocoloratori automatici per la diagnostica istologica per indagini immunoistochimiche, dovranno avere i seguenti requisiti:

- Gli strumenti devono essere corredati di anticorpi primari, reagenti, vetrini e quant'altro per l'esecuzione di 6000 test/annuo, per un periodo di due anni.
- Gli strumenti devono presentare caratteristiche distintive a questa azienda indispensabili: per quanto concerne i carcinomi della mammella (biopsie dello screening mammario II livello) utilizzare un anticorpo HER-2 NEU certificato CE/IVD e approvato per farmacodiagnostica, che permettono la valutazione dello stato di HER2 tramite test SISH visualizzabile in campo chiaro, e, in relazione ai carcinomi polmonari, utilizzare un anticorpo ALK validato per procedere direttamente al trattamento terapeutico dei Pazienti evitando il ricorso successivo alla biologica molecolare.

Lo scanner digitale deve essere dotato di sistema di quantificazione di marcatori immunoistochimici e di un algoritmo per la lettura della SISH in campo chiaro. Oltre a ciò, deve consentire la condivisione in tempo reale delle immagini isto-citologiche ai fini dell'acquisizione di una seconda opinione diagnostica e di iniziare il processo di archiviazione digitale delle immagini.

ASL Roma 5 - Protocollo n° 20703 del 18-5-2023



Tutti gli operatori economici interessati dovranno inviare entro 10 giorni dalla pubblicazione apposita istanza di partecipazione firmata digitalmente all'indirizzo email: uocappaltiecontratti@aslroma5.it indirizzata alla UOC Appalti e Contratti, allegando, in formato PDF, la documentazione di seguito evidenziata che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso (Nome, cognome e qualifica) alla persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente la Società, autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- Schede tecniche ed eventuali dépliant illustrativi dei prodotti proposti in lingua italiana;

Ove trattasi di Impresa distributrice:

- Dichiarazione della ditta produttrice e/o importatrice attestante autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in argomento.

Ove trattasi di Impresa importatrice:

- Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta produttrice attestante la titolarità dell'Azienda all'importazione in Italia dei prodotti e/o linee in argomento;

Le società dovranno essere iscritte regolarmente al portale acquistiinrete e al portale regionale Stella.

Distinti saluti

Il Direttore
U.O.C. Appalti e Contratti
Dott. Mario Petrucci

1/4

REAGENTI (SISTEMA DI RIVELAZIONE)

Nome Commerciale		N° Test/cfz.	N. conf. Annue per i test richiesti
ultraVIEW Universal DAB Detection Kit		250	24,00

		N° Test/cfz.	N. conf. Annue per i test richiesti
Anticorpi primari e FITC (esclusi test ad elevato valore clinico-diagnostico e sonda ISH) nel confezionamento da 50 test		50	113

Nome Commerciale		N. Determinazioni Conf.	N. conf. Annue per i test richiesti
Anticorpi primari in uso: metodiche speciali			
VENTANA ALK Rabbit Monoclonal		50	1
CINtec p16 Histology		50	3
PATHWAY anti-HER-2/neu (4B5)		50	3

CONSUMABILI E REAGENTI AUSILIARI NECESSARI PER LE COLORAZIONI

Nome Commerciale		N° Test/cfz.	N. conf. Annue per i test richiesti
------------------	--	--------------	-------------------------------------

B

2/4

Reaction Buffer	250	24,00
LCS	85	71,00
EZ-Prep (Depar. Solution)	500	12,00
CC1	500	12,00
SSC Buffer (10X)	1.250	5,00
Protease I	1.000	6,00
EBAR Labels	540	13,00
EBAR Ribbon	8.100	1,00
Vetrini TOMO IHC	1.000	6,00
Prep kit		5,00
Antibody Diluent	1.000	6,00
Hematoxylin Counterstain	250	24,00
Bluing Reagent	250	24,00
Endogenous Biotin Blocking Kit	250	24,00
Umonium		2,00
Option		1,00
Amplification Kit	100	1,00

In alternativa al sistema di
rivelazione ULTRAVIEW Universal
DAB Detection Kit è possibile
ordinare ultraView Red Detection
o Optiview DAB Detection o
VIEW DAB Detection

Nome Commerciale	N° Test/cfz.
Optiview DAB Detection Kit	250
ultraView Red Detection Kit	250
VIEW DAB Detection Kit	250

A

3/4

REAGENTI PER COLORAZIONI IMMUNOISTOCHIMICHE ORDINABILI IN ALTERNATIVA A QUELLI SOPRA ELENCATI

a) Nome Commerciale		a) N° Test/cfz.	b) N. conf. Annue per i test richiesti
Hematoxylin II Counterstain		250	
Protease II		1.000	
Antibody diluent with casein		100	
Protease III		1.000	
OptiView Amplification Kit		250	
Ultra CC2			

ph

4/4

Consumabili

Nome commerciale		Confez.		N° cfz. necessarie
ISH Protease II		200	Test/Predil.	1
Hybready Solution		25 ml	Predil.	2
ultraView Silver Wash II		2 Litri	Predil.	3

R