

UOC Appalti e contratti

Tel. 0774 701049

Email: uocappaltiecontratti@aslroma5.it

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D. LGS. 50/2016**

Questa ASL ROMA 5 intende accertare l'esistenza sul mercato di ditte che forniscono **il materiale di seguito specificato o equivalenti** (ex. art. 68 del D. Lgs. 50/2016) in grado di assicurarne con successo la medesima funzionalità d'uso, occorrenti alla **UOSD Anestesia e Rianimazione del P.O. di Monterotondo**:

FASCIA ISCHEMICA compatibile con TORNIQUET SYSTEM A.T.S. 4000, come da allegato A


Gli operatori economici interessati possono inoltrare la propria manifestazione di interesse al seguente indirizzo mail: uocappaltiecontratti@aslroma5.it **entro 7 giorni** dalla pubblicazione del presente avviso, allegando, in formato PDF, la documentazione di seguito evidenziata che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso (nome, cognome e qualifica) alla persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente la Società, autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- Schede tecniche ed eventuali dépliant illustrativi dei prodotti proposti in lingua italiana;
Ove trattasi di Impresa distributrice:
- Dichiarazione della ditta produttrice e/o importatrice attestante autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti in argomento.
Ove trattasi di Impresa importatrice:
- Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Ditta produttrice attestante la titolarità dell'Azienda all'importazione in Italia dei prodotti e/o linee in argomento.

Le società dovranno essere iscritte regolarmente al portale Acquistinrete e al portale regionale S.TEL.LA.

Distinti saluti

Il Direttore
U.O.C. Appalti e Contratti
Dott. Mario Petrucci



1. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e l'occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'introduzione, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 14-28cm, pressione sistolica <130mm/Hg; confezionamento in doppia busta sterile con etichetta
2. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e l'occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'introduzione, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 24-40cm, pressione sistolica <130mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta
3. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e l'occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'introduzione, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 24-40cm, pressione sistolica <160mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta
4. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e l'occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'introduzione, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 24-40cm, pressione sistolica <190mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta
5. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e l'occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'introduzione, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 30-55cm, pressione sistolica <130mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta
6. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e l'occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'introduzione, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 30-55cm, pressione sistolica <160mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta
7. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e l'occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'introduzione, priva di lattice, completa di centimetro

sterile, per arti con circonferenza 30-55cm, pressione sistolica <190mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta.

8. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori e superiori e l'occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'introduzione, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 50-85cm, pressione sistolica <160mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta.
9. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti inferiori ed occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'applicazione e di introduttore per il piede dx e sx, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 22-32cm, pressione sistolica <160mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta.
10. Maglia tubolare sterile con anello in silicone per lo svuotamento ematico degli arti superiori ed occlusione nel punto di posizionamento dell'anello, completa di maniglie per l'applicazione e di introduttore per avambraccio/mano sia dx che sx, priva di lattice, completa di centimetro sterile, per arti con circonferenza 14-34cm, pressione sistolica <160mm/Hg, confezionamento in doppia busta sterile con etichetta.
11. Tourniquet digitale in silicone medicale, sterile, che permetta in un solo atto lo svuotamento ematico delle dita delle mani e dei piedi e l'occlusione del flusso ematico, deve essere applicato facilmente e deve essere dotato di sistema che ne evidenzia la presenza e ne facilita la rimozione, dotato di due fori per circonferenze 5-24mm e 3-20mm.