



**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI IN
SERVICE E REAGENTI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DI DROGHE
D'ABUSO SU MATRICE EMATICA IN ATTUAZIONE DEL DCA 288
DEL 27/09/2016 PER LA ASL ROMA 5
(PRESIDI OSPEDALIERI DI TIVOLI E COLLEFERRO)**

Base d'Asta annuale: 230.000 € (IVA esclusa)

La fornitura dovrà comprendere:

1. La strumentazione diagnostica per l'esecuzione dei test sottoindicati;
2. I reagenti e il materiale di consumo;
3. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk;
4. Collegamento bidirezionale al LIS

SPECIFICHE TECNICHE STRUMENTAZIONE

La fornitura deve prevedere un sistema analitico comprensivo di due analizzatori (uno per il P.O. di Tivoli ed uno per il P.O. di Colferro) automatici, nuovi di fabbrica e di ultima generazione per analisi tossicologiche di droghe d'abuso

Il Sistema macchina-reattivi dovrà essere comprensivo di tutto il materiale di consumo occorrente e necessario per l'esecuzione degli esami tossicologici (alcool e sostanze d'abuso) di screening in urgenza su matrice ematica, in attuazione della Legge 41 e del decreto regionale DCA n° 288 del 27/09/2016 e sue successive revisioni, in materia di omicidio stradale e agli artt. 186-187 del Codice della Strada.

Caratteristiche minime della singola strumentazione:

L'analizzatore automatico, nuovo di fabbrica e di ultima generazione, deve avere le seguenti caratteristiche per l'esecuzione di tutti i test presenti nel seguente capitolato:

- Analizzatore stand-alone e random-access;
- Certificazione CE IVD per il sistema macchina-reagenti per la matrice ematica;
- Produttività oraria fotometrica non inferiore ai 450 test/ora (ISE esclusi);
- Caricamento in continuo dei campioni;
- Software in lingua italiana;
- Vano reagenti refrigerato;
- Lettore di codici a barre integrato per campioni e reagenti;
- Idoneo gruppo di continuità e idoneo deionizzatore se necessario;
- Dimensioni che ne consentano la collocazione nell'area dedicata del Laboratorio, da rilevare attraverso sopralluogo obbligatorio da parte della ditta;
- Training al personale e supporto tecnico-specialistico.

**PRESIDIO DI COLLEFERRO**

TEST	n° test/annui	Sedute analitiche
Alcol Etilico ematico	500	7 giorni/settimana
Amfetamine/Ecstasy ematico	400	7 giorni/settimana
Cannabinoidi ematico	400	7 giorni/settimana
Cocaina ematica	400	7 giorni/settimana
Metadone ematico	400	7 giorni/settimana
Oppiacei ematico	400	7 giorni/settimana
Amfetamina urina	200	7 giorni/settimana
Ecstasy urina	200	7 giorni/settimana
Barbiturici urina	200	7 giorni/settimana
Cannabinoidi urina	200	7 giorni/settimana
Cocaina urina	200	7 giorni/settimana
Metadone urina	200	7 giorni/settimana
Oppiacei urina	200	7 giorni/settimana

I test elencati/annui sono riferiti al numero di campioni.

Sono esclusi i test relativi alle calibrazioni che devono essere considerate in base alla tipologia strumentale offerta e alla stabilità della calibrazione e del materiale offerto.

PRESIDIO DI TIVOLI

TEST	n° test/annui	Sedute analitiche
Alcol Etilico ematico	500	7 giorni/settimana
Amfetamine/Ecstasy ematico	400	7 giorni/settimana
Cannabinoidi ematico	400	7 giorni/settimana
Cocaina ematica	400	7 giorni/settimana
Metadone ematico	400	7 giorni/settimana
Oppiacei ematico	400	7 giorni/settimana
Amfetamina urina	300	7 giorni/settimana
Ecstasy urina	300	7 giorni/settimana
Barbiturici urina	300	7 giorni/settimana
Cannabinoidi urina	300	7 giorni/settimana
Cocaina urina	300	7 giorni/settimana
Metadone urina	300	7 giorni/settimana
Oppiacei urina	300	7 giorni/settimana

I test elencati/annui sono riferiti al numero di campioni.

Sono esclusi i test relativi alle calibrazioni che devono essere considerate in base alla tipologia strumentale offerta e alla stabilità della calibrazione e del materiale offerto.

Tivoli, 23/10/2022

