

ASL  
ROMA 5REGIONE  
LAZIO

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N° 002084 DEL 22 NOV. 2023

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Tecnica – U.O.C. Ingegneria Clinica

OGGETTO: Affidamento alla ditta Morviducci srl manutenzione straordinaria per opere edili, protezionistiche ed impiantistiche necessarie all'installazione della TAC presso l'ospedale di Tivoli, per un importo di € 138.647,67 oltre iva.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 22 NOV. 2023

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

 Favorevole Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 22 NOV. 2023

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

 Senza osservazioni Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: -101020301-Registrazione n. 2023/2388-

del

20-11-2023

Il Direttore U.O.C. Bilancio e Contabilità ad Interim (Dott. Fabio Filippi) \_\_\_\_\_

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica  
Ing. Elisa MoroncelliIl Direttore f.f. UOC Tecnica  
Ing. Ferdinando Ferone

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine e da n. 1 allegati composti da un totale di n. 27 pagine.

## PROPOSTA

Il Direttore f.f. UOC Tecnica e il Direttore UOC Ingegneria Clinica relazionano al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

### PREMESSO che

che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con Deliberazione n.1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17/10/2019 e della deliberazione n.993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n.56, suppl.I, del 05/07/2022;

che con deliberazione n. 1874 del 17/10/2023 veniva nominato l'ing. Ferdinando Ferone quale Dirigente Sostituto del Direttore Titolare U.O.C. Tecnica - Dipartimento Tecnico;

che con deliberazione n. 1476 del 31/07/2023 veniva nominata l'ing. Elisa Moroncelli quale Direttore UOC Ingegneria Clinica

### PRESO ATTO

della necessità, di manutenzione straordinaria per opere edili, protezionistiche ed impiantistiche necessarie all'installazione della TAC acquisita nell'ambito del DL 34/2020 DGR 671/2020 di cui alle deliberazioni aziendali n. 1600 del 02/12/2020 e n. 792 del 10/05/2021 presso l'ospedale di Tivoli;

### TENUTO CONTO

dell'immediata disponibilità da parte della ditta Morviducci srl ad eseguire tali fattispecie lavorazioni in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell'importo di tali lavorazioni;

### RITENUTO

necessario dover procedere alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO MePA N. 3847612 con unico operatore Ditta Morviducci srl per un importo lavori pari ad € 138.647,67;

### PRESO ATTO

della necessità di ricorrere a soggetti qualificati iscritti al Mepa ed in possesso dei requisiti di idoneità tecnico economica; di garantire il principio di rotazione a favore di detti soggetti e a garanzia della razionale gestione delle attività;

### CONSIDERATO

l'art. 50 comma b: affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti i soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali:

comma I lettera a: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

### ATTESO

che, come previsto dall'ANAC si è proceduto all'iscrizione del seguente codice **CIG A02BB135C2**;

che le prestazioni verranno eseguiti su fondi di Bilancio 2023, sul c.m. 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili".

## RITENUTO

sulla base di quanto sopra esposto, di affidare alla ditta Morviducci srl con sede in, Via Stresa n. 135 – 00135 Roma P. IVA/C.F. 05690581003, la manutenzione straordinaria per opere edili, protezionistiche ed impiantistiche necessarie all'installazione della TAC presso l'ospedale di Tivoli, per un importo di € 138.647,67 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 30.502,48 per un totale complessivo di € 169.150,15;

Per tutto quanto espresso, nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

### PROPONE

1. di affidare alla ditta Morviducci srl con sede in, Via Stresa n. 135 – 00135 Roma P. IVA/C.F. 05690581003, la manutenzione straordinaria per opere edili, protezionistiche ed impiantistiche necessarie all'installazione della TAC presso l'ospedale di Tivoli, per un importo di € 138.647,67 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 30.502,48 per un totale complessivo di € 169.150,15;
2. di imputare sul bilancio 2023 la somma di € 138.647,67 oltre IVA (22%) corrispondente ad € 30.502,48 per un totale complessivo di € 169.150,15 sul codice mastro 101020301 "Fabbricati Strumentali Indisponibili";
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on – line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC Ingegneria Clinica  
Ing. Elisa Morozzelli

Il Direttore UOC Tecnica  
Ing. Ferdinando Ferone

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere Ferone  
Data 22 NOV. 2023

Parere Ferone  
Data 22 NOV. 2023

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro  


Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellessa  


**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022.

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica), che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**RITENUTO** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Ferdinando Ferone (Direttore f.f. UOC Tecnica)

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Filippo Coiro  


Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Franco Cortellessa  


Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito  


**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede

Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data:

22 NOV. 2023

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

**L'addetto alla Pubblicazione**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Dott. Enzo Fasani**

Tivoli, \_\_\_\_\_

Offerta Economica relativa a

Descrizione OPERE EDILI PROTEZIONISTICHE ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI  
RdO nr. 3847612 TAC PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente

ASL ROMA 5

Ufficio

UOC TECNICA

Codice fiscale

04733471009

Codice univoco ufficio Non presente

Indirizzo sede

Via acquaregna

Città

Tivoli

Recapito telefonico


+390774701182

Email

ferdinando.ferone@aslroma5.it

Punto ordinante

FERDINANDO FERONE



Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

MORVIDUCCI S.R.L.

Partita IVA

05690581003

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Percentuali a ribasso

**SISTEMI DI E-PROCUREMENT**

<b>Nome</b>	<b>Valore</b>
<b>141477,21</b>	<b>2,00</b>

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

OPERE EDILI PROTEZIONISTICHE ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI TAC PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

---

**Dati Principali**

**Numero RDO**  
3847612

**Nome RDO**  
OPERE EDILI PROTEZIONISTICHE ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI TAC PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

**Tipologia di contratto**

Appalto di lavori

**Tipologia di procedura**

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

---

**Ruoli e Autorizzazioni**

**Responsabile del procedimento**

FERDINANDO FERONE

FRNFDN73C23F839B

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

FERDINANDO FERONE FRNFDN73C23F839B

**Stazione Appaltante**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

**Ente Committente**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > ASL ROMA 5

SISTE

Date 2023 10:04

pub.  Termine ultimo presentazione offerte  
15/11/2023 10:04

Termine ultimo presentazione offerte  
 20/11/2023 09:00

Iniz.  Termine ultimo stipula contratto  
24/11/2023 09:00

Data limite di consegna beni/decorrenza  
 27/11/2023 09:00

## Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**  
Minor Prezzo**CIG**  
A02BB135C2**CUP**  
-**CPV****Identificativo**  
45262500-6**Descrizione**  
Lavori edili e di muratura**Categoria**  
OG 1 Edifici civili e industriali**Fornitura**  
100**Formulazione offerta economica**  
PERCENTUALI A RIBASSO**Nome Parametro**  
141477,21**Peso**  
1**Decimali offerta**  
2**Termini di pagamento**  
60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA**Importo base d'asta**  
€ 141.477,21**Dati consegna e fatturazione**

ASL ROMA 5



Documentazione Gara



cm tac tivoli.pdf

5172.5 Kb

OPERE EDILI PROTEZIONISTICHE ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI TAC PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI

---

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

05690581003

MORVIDUCCI S.R.L.

**Comune di Tivoli**  
Provincia di Roma

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere edili, protezionistiche ed impiantistiche necessarie all'installazione di TAC presso l'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (RM).

**COMMITTENTE:** ASL RM 5

Data, 14/11/2023

IL TECNICO

15. 11. 2023  
sentito anche  
e Sug Fenore  
Nulle Osa  


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>PIANO S2 (SpCat 1) OPERE EDILI (Cat 1) Demolizioni (SbCat 1)</b>							
1 / 1 A03.02.025.a	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento				40,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	9,61	384,40
2 / 2 A03.02.025.b	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)				100,000	100,00		
	SOMMANO cad					100,00	3,21	321,00
3 / 3 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Valutazione per la Rimozione impianti meccanici e di aereazione, sezionamento impianto esistente compreso di allontanamento sino a luogo di carico del materiale di risulta				40,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	20,82	832,80
4 / 4 A03.01.010.f	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)				60,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	4,32	259,20
5 / 5 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Valutazione per Rimozione di strutture a pavimento e a soffitto a servizio dell'apparecchiatura esistente compreso di allontanamento sino a luogo di carico del materiale di risulta				44,000	44,00		
	SOMMANO mq					44,00	24,82	1'092,08
6 / 6 A03.01.015.d	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili				60,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	8,00	480,00
7 / 7 A03.02.012.d	Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l'onere eventuale della ripulitura, ... mento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il solo calo in							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'369,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>3'369,48</b>
	basso: piastrelle di ceramica Wc e sala comandi				82,000	82,00		
	SOMMANO mq					82,00	9,61	788,02
8 / 8 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il ... arica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati sala comandi e zona gantry TAC				2,800	2,80		
	SOMMANO mc					2,80	112,07	313,80
9 / 9 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Rimozione di porte ad anta e scorrevoli comprensivo di allontanamento sino a luogo di carico del materiale di risulta	8,00	1,20	2,300	22,900	505,63		
	SOMMANO kg					505,63	1,19	601,70
10 / 10 A03.02.028	Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Valutazione Rimozione pannelli anti X esistenti a parete compreso di allontanamento sino a luogo di carico del materiale di risulta	1,50			95,000	142,50		
	SOMMANO mq					142,50	20,82	2'966,85
11 / 11 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm		55,00			55,00		
	SOMMANO mq					55,00	12,01	660,55
12 / 12 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m		3,00			3,00		
	SOMMANO mc					3,00	37,62	112,86
13 / 13 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica, compreso il carico a mano				20,000	20,00		
	SOMMANO ton					20,00	36,66	733,20
14 / 14 A03.03.007.a	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo							
	<b>A RIPORTARE</b>							<b>9'546,46</b>



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>10'007,58</b>
	<b>Ricostruzioni (SbCat 2)</b>							
18 / 18 A09.04.001.d	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm, interasse 60 cm.				20,000	20,00		
	SOMMANO mq					20,00	48,90	978,00
19 / 19 A09.04.004.e	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.				40,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	15,76	630,40
20 / 20 A09.04.004.f	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.				40,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	7,36	294,40
21 / 21 A17.01.003.e	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in conformità alle norme del CNR 10011, comprese le piastrelle ... con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari con saldatura, in acciaio Fe430B Carpenterie metalliche per il sostegno delle porte piombate (tubolari 100 sp 3 mm) *(lung.=(1,4+2,3+2,3)* 2)	4,00	12,00		8,960	430,08		
	SOMMANO kg					430,08	6,36	2'735,31
22 / 22 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm zona sotto gantry come da specifiche e zona sala comandi				60,000	60,00		
	SOMMANO mq					60,00	29,19	1'751,40
23 / 23 A20.01.008	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco				220,000	220,00		
	SOMMANO mq					220,00	6,32	1'390,40
24 / 24 A20.01.010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione				220,000	220,00		
	SOMMANO mq					220,00	3,16	695,20
	<b>A RIPORTARE</b>							<b>18'482,69</b>



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>42'614,57</b>
	<b>PROTEZIONI ANTIX (Cat 2)</b>							
31 / 31 N.P.06	Schematura pareti mediante pannelli in legno con interposta lamina di Pb da fissare su pareti esistenti Schematura parete mediante pannellatura in MDF piombato preaccoppiato a l ... sistemi. Schematura sui giunti di sovrapposizione e di fissaggio,grezzi pronti per la posa del PVC Spessore pb 2,0 mm				58,000	58,00		
	SOMMANO m2					58,00	205,00	11'890,00
32 / 32 N.P.07	Schematura pareti mediante pannelli in legno con interposta lamina di Pb da fissare su pareti esistenti Schematura parete mediante pannellatura in MDF piombato preaccoppiato a l ... sistemi. Schematura sui giunti di sovrapposizione e di fissaggio,grezzi pronti per la posa del PVC Spessore pb 3,0 mm				44,000	44,00		
	SOMMANO m2					44,00	248,00	10'912,00
33 / 33 N.P.08	Schematura soffitto mediante la posa di pannelli piombati fissati su struttura lignea ancorata su travetti esistenti Spessore pb 2,5 mm				30,000	30,00		
	SOMMANO m2					30,00	257,00	7'710,00
34 / 34 N.P.09	Schematura a pavimento mediante la posa di lamina di Pb a terra potretta da doppio strato di carta catramata prima del rifacimento del massetto Spessore pb 1 mm				30,000	30,00		
	SOMMANO m2					30,00	108,00	3'240,00
35 / 35 N.P.10	Cristallo anti-x Dim. 120x80 cm. Costituito da cristallo ad alto contenuto di piombo completo di telaio schermato finito in laminato plastico antigraffio tipo "print" o similari, colore a scelta della D.L. e controtelaio esterno alla sala esami in alluminio SP Pb eq. 3 mm				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3'900,00	3'900,00
36 / 36 N.P.11	Paratia scorrevole per protezioni finestre costituita da anta in tamburato di legno con applicata lastra di piombo prima fusione, titolo 99,9% Rivestimento in laminato plastico antigraffio tipo "print" o similari, colore a scelta della D.L., Stipite in laminato e mostre Spessore pb 2,0 mm				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'690,00	3'380,00
37 / 37 N.P.12	Porta anti-x a singola anta 90x210 cm costituita da anta in tamburato di legno con applicata lastra di piombo prima fusione, titolo 99,9% Rivestimento in laminato plastico antigraffio tipo "print" o similari, colore a scelta della D.L., Stipite in laminato e mostre in alluminio, Spessore pb 3,0 mm				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'950,00	5'900,00
	<b>A RIPORTARE</b>							<b>89'546,57</b>



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>101'006,57</b>
	<b>IMPIANTO TERMOMECCANICO (Cat 3)</b>							
40 / 40 E03083.a	<p>Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, ... guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm</p> <p>Valutazione Opere di adattamento canalizzazioni aria mandata e ripresa nelle zone oggetto dell'intervento: sala comandi, sala esami, spogliatoi e WC</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	1,50			168,000	252,00		
						252,00	10,67	2'688,84
41 / 41 E03114	<p>Coibentazione esterna di canale in lamiera zincata con materassino in fibra minerale spessore 50 mm, finitura esterna con carta d'alluminio retinata e giunzioni nastrate rifinite e ... te metallica zincata a maglia esagonale, in opera compreso onere per il materiale di consumo, per canali posti a terra</p> <p>Valutazione Opere di adattamento canalizzazioni aria mandata e ripresa nelle zone oggetto dell'intervento: sala comandi, sala esami, spogliatoi e WC</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>				32,000	32,00		
						32,00	29,46	942,72
42 / 42 E03087.a	<p>Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm</p> <p>Valutazione Opere di adattamento canalizzazioni aria mandata e ripresa nelle zone oggetto dell'intervento: sala comandi, sala esami, spogliatoi e WC</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				25,000	25,00		
						25,00	15,63	390,75
43 / 43 E03.181.c	<p>Diffusore quadrato vorticoso ad alta induzione, in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in mate ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, 16 deflettori</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				4,000	4,00		
						4,00	189,67	758,68
44 / 44 E03.148.d	<p>Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza 300 mm: base 500 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				2,000	2,00		
						2,00	156,10	312,20
45 / 45 E03.056.b	<p>Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore e ... tto: potenza frigorifera 3,5 kW, potenza termica 4,5 kW, assorbimento elettrico 1,16-1,245 kW, pressione sonora 38-32-29</p> <p>Split ad espansione diretta sala comandi e sala esami</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>				3,000	3,00		
						3,00	2'085,54	6'256,62
	<b>A RIPORTARE</b>							<b>112'356,38</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>112'356,38</b>
	<b>IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4)</b>							
46/46 N.P.15	Fornitura in di nuovo QE TAC realizzato secondo le specifiche e collegamento alle linee elettriche esistenti				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'250,00	9'250,00
47/47 D17.01.056	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ... rmo in policarbonato trasparente - luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm				16,000	16,00		
	SOMMANO cad					16,00	117,65	1'882,40
48/48 D02.02.004g	Cavo flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gom ... 0-13, CEI 20-67; sigla FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:: FG16OR16 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mm² Fornitura in opera di cavo di collegamento tra il nuovo QE e nuova apparecchiatura		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	50,91	763,65
49/49 N.P.16	Collegamento switch elettrico porte anti X				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	190,00	760,00
50/50 N.P.17	Adeguamento impiantistica elettrica sala comandi TAC				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'200,00	3'200,00
51/51 N.P.18	Fornitura in opera di nuovi pulsanti emergenza per sgancio elettrico apparecchiatura				3,000	3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	160,00	480,00
52/52 N.P.19	Fornitura in opera di pulsante marcia arresto				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	190,00	190,00
53/53 N.P.20	Fornitura in opera di nuove lampade segnalazione raggi				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	220,00	880,00
54/54 E04.04.016	SISTEMA ANALOGICO Rilevatore analogico ottico/termico Adeguamento impianti di rilevazione incendi	0,90			4,000	3,60		
	SOMMANO cad					3,60	125,00	450,00
55/55	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata							
	<b>A RIPORTARE</b>							<b>130'212,43</b>





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>133'455,44</b>
	<b>COSTI SICUREZZA (SpCat2) COSTI SICUREZZA (Cat 6)</b>							
58 / 58 N.P.01	Delimitazione area di cantiere interna, percorsi materiali interna suddivisione con pannelli in cartongesso della sala comandi TAC				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
59 / 59 S01.01.001.0 7.a	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		45,00			45,00		
	SOMMANO m					45,00	8,44	379,80
60 / 60 S01.01.001.0 7.b	Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogrill da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1,50	45,00			67,50		
	SOMMANO m					67,50	1,38	93,15
61 / 61 S01.01.001.1 1	Basi in PVC per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.		14,00			14,00		
	SOMMANO cad					14,00	0,24	3,36
62 / 62 S01.01.001.1 5.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.		6,50			6,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					6,50	9,34	60,71
63 / 63 S01.01.001.1 5.b	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1,50	6,50			9,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					9,75	5,22	50,90
64 / 64 S01.04.001.0 1.c	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,53	5,30
65 / 65 S01.04.001.0 2.g	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,52	5,20
	<b>A RIPORTARE</b>							<b>135'253,86</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							135'253,86
66 / 66 S01.04.001.0 3.c	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,52	5,20
67 / 67 S01.04.001.0 4.b	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 310.				8,000	8,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,30	2,40
68 / 68 S01.04.001.0 7.b	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 250 x 310.				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,30	3,00
69 / 69 S01.04.001.0 8.d	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 590.				10,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,95	9,50
70 / 70 S01.04.001.0 9	Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.				25,000	25,00		
	SOMMANO cad					25,00	7,73	193,25
71 / 71 N.P.02	Realizzazione di impianto elettrico di cantiere				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	490,00	490,00
72 / 72 N.P.03	Realizzazione di ponteggio per tiro in alto materiale				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'520,00	5'520,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							141'477,21
	<b>TOTALE euro</b>							141'477,21
	=====							
	=====							
	=====							
	=====							
	=====							
	=====							
	=====							
	=====							
	=====							
	=====							
	<b>A RIPORTARE</b>							











G17H03000130001

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica-**

<b>CUP ASSEGNATO AL PROGETTO</b>	<b>G33D23000370002</b>
<b>-DESCRIZIONE DEL PROGETTO-</b>	
Localizzazione	Comune di TIVOLI (RM)
Descrizione sintetica del progetto	OPERE EDILI PROTEZIONISTICHE ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI TAC PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI*VIA PARROZZANI*OPERE EDILI PROTEZIONISTICHE ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI TAC PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Anno di decisione	2023
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	OPERE EDILI PROTEZIONISTICHE ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI TAC PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA PARROZZANI
Bene o servizio	OPERE EDILI PROTEZIONISTICHE ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI TAC PRESSO L'OSPEDALE DI TIVOLI
<b>-CARATTERISTICHE DEL CUP-</b>	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
<b>-ANAGRAFICA DEL SOGGETTO-</b>	
Soggetto Richiedente	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
<b>-CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO-</b>	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
<b>-DATI FINANZIARI DEL PROGETTO-</b>	
Sponsorizzazione	NO

**Contatti:**Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

<b>Costo totale del progetto (in euro)</b>	141.477,00	
<b>Importo in lettere in euro</b>	centoquarantunomilaquattrocentosettantasette	
<b>Tipologia copertura finanziaria</b>	REGIONALE	
<b>Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)</b>	141.477,00	
<b>Importo in lettere in euro</b>	centoquarantunomilaquattrocentosettantasette	
<b>--ALTRI DATI--</b>		
<b>Data generazione completo</b>	15/11/2023	
<b>--INDICATORI--</b>		
<b>Codice indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>
00	da assegnare	FISICO

**Contatti:**

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172