

Con la presente si riportano di seguito le specifiche di minima per i seguenti carrelli emergenza, come da **configurazioni** di seguito riportate:

- PO Colleferro - Otorinolaringoiatria :
 - o N. 1 cabina audiometrica

REQUISITI MINIMI

1. Cabina silente per esami audiometrici con abbattimento acustico medio di circa 35 dB;
2. Struttura esterna in grado di garantire l'abbattimento acustico sopra detto e consentire l'esecuzione di esami audiometrici diagnostici. Costituita da pannelli fonoassorbenti, ignifughi. Le superfici dovranno essere lavabili;
3. Ripiano esterno lato finestra;
4. Dimensioni esterne circa pari a (lxpxh) – 1300x1300x2400 mm;
5. Dimensioni interne circa pari a (lxpxh) – 1200x1200x2000 mm;
6. Presenza ventilazione interna;
7. Richiesto sopralluogo da concordare con ufficio.tecnicocolleferro@aslroma5.it;
8. Munita di porta con chiusura magnetica;
9. Provvista di finestra;
10. Passaggio interconnessione per audiometro (da verificare in situ);
11. Illuminazione interna a led con sensore di movimento;
12. Misure di abbattimento circa:
 - 125 Hz – 22.9 dB
 - 250 Hz – 32.4 dB
 - 500 Hz – 30.8 dB
 - 1000 Hz – 31.9 dB
 - 2000 Hz – 33.2 dB
 - 3150 Hz – 41.3 dB
 - 4000 Hz – 40.3 dB
 - 6300 Hz – 44 dB
 - 8000 Hz – 43.3 dB

L'offerta risponde a tutti i requisiti minimi sopra elencati? (**Requisito minimo: sì**)

Sì

No



Si chiede altresì che:

- La Ditta dovrà eseguire a proprie spese la completa installazione delle forniture oggetto della presente offerta;
- I sistemi oggetto della presente offerta dovranno essere marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/EEC e dovranno essere conformi a tutte le normative tecniche eventualmente presenti per il corretto e sicuro utilizzo delle stesse. Qualora poi le apparecchiature offerte siano composte da più componenti, connessi insieme a formare un sistema elettromedicale, dovranno essere conformi alle norme CEI 62-51 e successive varianti. La conformità alla Direttiva 93/42/EEC e alle norme CEI 62-51, dovranno essere comprovate mediante la fornitura all'interno della documentazione tecnica dei relativi certificati;
- Al momento della consegna e dell'installazione dei sistemi, dovranno essere consegnati i manuali d'uso e di servizio degli stessi in lingua italiana, in formato cartaceo e digitale;
- La Ditta si impegna ad eseguire per i sistemi oggetto della presente offerta un opportuno training di formazione;
- La **garanzia dovrà avere durata almeno pari a 24 mesi** dalla data del collaudo dei sistemi; e l'offerta presentata dovrà dirsi comprensiva di garanzia;
- Il contratto di assistenza dovrà essere del tipo full risk per tutto il periodo di garanzia e dovrà coprire tutti i componenti, anche software, dei sistemi offerti, senza implicare alcun costo aggiuntivo per chiamata, manodopera e parti di ricambio per un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva per qualsiasi tipo di danno;
- Per tutta la durata della garanzia full risk, la Ditta aggiudicataria terrà conto dell'aggiornabilità e del conseguente miglioramento delle prestazioni dei sistemi offerti garantendo gratuitamente l'aggiornamento software ed eventualmente hardware;
- La garanzia full risk non implica alcun costo aggiuntivo per chiamata, manodopera e parti di ricambio per un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva e per qualsiasi causa del guasto/danno, eccetto il caso di danno doloso dimostrabile;
- La Ditta dovrà garantire almeno 1 intervento di manutenzione programmata per ogni anno di validità della garanzia per tutti i sistemi offerti. Sono altresì comprese nel contratto tutte le periodiche verifiche di sicurezza elettriche generali e particolari previste dalle norme CEI;
- Per tutto il periodo di garanzia e di post garanzia offerti la Ditta dovrà garantire che gli interventi di manutenzione correttiva, preventiva, eventuale calibrazione e controlli di qualità saranno eseguiti da personale riconosciuto ed autorizzato da casa madre;

- La Ditta dovrà garantire la disponibilità del servizio di manutenzione e delle parti di ricambio dei sistemi, su richiesta del Committente, a decorrere dalla data di consegna dei sistemi almeno pari a 10 anni;
- La Ditta dovrà garantire a seguito di ogni intervento di manutenzione programmata e/o correttiva la redazione di un report nel quale si certifichi la funzionalità e la sicurezza dei sistemi;
- La fornitura dovrà essere comprensiva di quanto necessario al pieno funzionamento del sistema, anche se non esplicitamente indicato nel presente capitolato. Qualora previsti consumabili per l'utilizzo, la consegna dovrà essere comprensiva di almeno tre kit che ne consentano la messa in uso

