

Procedura per la fornitura di ;

MONOUSO PER RIANIMAZIONE

** VIDEOBRONCOSCOPIO DIGITALE FLESSIBILE

otto	Descrizione Specifiche Tecniche di Massima del prodotto	Classe di appartenenza per i dispositivi medici, ATC per i farmaci	Codice prodotto JSIAC ASL Roma S (laddove il prodotto/prestazione sia già movimentato)	Unità di misura	Quantità 12 mesi	Base Asta Euro NO IVA
	broncoscopio monouso sterile set di campionamento accessorio per le seguenti applicazioni: intubazione difficile ispezione bronchiale gestione secrezioni tracheotomia biopsia con ago aspirato specifiche Tecniche dam. Int. 3,8-5-5.8mm circa diam. Int. 1,2-2,2-2,8 circa angolo di curva. 160°/ 180 alto/basso; lunghezza sonda 600mm Circa profondità campo 6/50 mm circa campo visivo 85° circa	Z 12020302	1000000149/50/51		350	78.750,00=

** MONITOR in comodato d'uso

IL DIRETTORE U.o.c.
FARMACIA OSPEDALIERA

Dott. Giampiero Forte
