

## ALLEGATO - CAPITOLATO TECNICO

I parametri o le caratteristiche indicate come **'Requisito minimo'**, stanno ad indicare l'obbligo al pieno soddisfacimento del vincolo stesso per tutte le apparecchiature previste nel medesimo lotto, necessario alla partecipazione alla gara. L'offerta per la quale si valuti il non reale soddisfacimento anche ad uno solo dei requisiti minimi indicati, sarà esclusa dalla gara.

### Requisiti Minimi Condizioni di Fornitura e Garanzia

#### CONDIZIONI DI FORNITURA

1. In caso di aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà:
  - a. Eseguire a sue spese la fornitura e l'installazione a norma della fornitura nei locali di destinazione;
  - b. Sarà previsto un sopralluogo presso la sede di destinazione per le opportune verifiche dei luoghi e degli spazi in cui andrà installato e collaudato il prodotto. In sede di gara verranno forniti i riferimenti dell'operatore a cui rivolgersi per il predetto sopralluogo.
  - c. Fornire contestualmente alla consegna, i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia e dei manuali di servizio e manutenzione, su supporto cartaceo ed informatico;
  - d. **Le tecnologie dovranno essere consegnate entro e non oltre 20 giorni solari dalla data dell'ordine.**
  - e. Eseguire per i sistemi oggetto della presente offerta un opportuno training di formazione, con specialisti opportunamente scelti in funzione delle esigenze degli utilizzatori e, contestualmente al collaudo, ad esporre le caratteristiche tecniche e funzionali dell'apparecchiatura al personale tecnico del Committente da parte di uno specialista tecnico di prodotto. Il training per ciascun sistema dovrà avere durata almeno di 1 giorno. Per tutta la durata della garanzia, la Ditta si impegna ad eseguire, in funzione delle necessità del Committente, ulteriori training, con programma e modalità di svolgimento stabilite in accordo con il Committente stesso senza alcun onere economico aggiuntivo;
  - f. presentare **all'interno della busta contenente l'offerta tecnica di gara**, la seguente documentazione:
    - i. copia della presente scheda compilata e firmata (Allegato A);
    - ii. definizione esatta della destinazione d'uso clinico del sistema offerto, coincidente con quanto riportato nel manuale d'uso;
    - iii. copia elettronica di:
      1. manuale d'uso in lingua italiana dei sistemi offerti;

2. dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 93/42/CEE e s.m.i; nel caso di sistema elettromedicale, dichiarazione di conformità ai sensi della 93/42/CEE di ciascuno dei dispositivi medici che compongono il sistema e dichiarazione di rispondenza alla norma 62.51 e s.m.i.;
3. dichiarazione di rispondenza alle norme tecniche vigenti in materia (indicare quali);
- iv. **Dichiarazione** che la totalità degli apparati e/o del software fornito è aderente al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii.

#### **CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA**

1. La garanzia full risk deve coprire indifferentemente guasti e danni di tutti i componenti e gli accessori dell'apparecchiatura/sistema fornito (che siano o meno indicati esplicitamente nella scheda di valutazione, nessuno escluso) senza implicare alcun costo aggiuntivo per chiamata, manodopera e parti di ricambio per un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva e per qualsiasi causa del guasto/danno, eccetto il caso di danno doloso dimostrabile;
2. I sistemi oggetto della presente offerta dovranno essere marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/EEC e dovranno essere conformi a tutte le normative tecniche eventualmente presenti per il corretto e sicuro utilizzo delle stesse. Qualora poi le apparecchiature offerte siano composte da più componenti, connessi insieme a formare un sistema elettromedicale, dovranno essere conformi alle norme CEI 62-51 e successive varianti. La conformità alla Direttiva 93/42/EEC e alle norme CEI 62-51, dovranno essere comprovate mediante la fornitura all'interno della documentazione tecnica dei relativi certificati;
3. La garanzia dovrà avere durata almeno pari a 24 mesi dalla data del collaudo dei sistemi;
4. Per tutto il periodo di garanzia la Ditta dovrà garantire un tempo massimo di intervento in loco dalla chiamata, pari massimo a **8 ore lavorative** per tutti i sistemi offerti;
5. Per tutto il periodo di garanzia la Ditta dovrà garantire il ripristino dell'operatività delle apparecchiature entro al massimo **16 ore lavorative** dalla richiesta di intervento;
6. Per tutto il periodo di garanzia la Ditta dovrà garantire almeno **1 intervento di manutenzione** programmata l'anno per tutti i sistemi offerti. Sono altresì comprese nel contratto tutte le periodiche verifiche di sicurezza elettriche generali e particolari previste dalle norme CEI;

7. Per tutto il periodo di garanzia la Ditta dovrà garantire che gli interventi di manutenzione correttiva, preventiva, eventuale taratura, calibrazione e controlli di qualità saranno eseguiti da personale riconosciuto ed autorizzato da casa madre;
8. La Ditta dovrà garantire la disponibilità del servizio di manutenzione e delle parti di ricambio dei sistemi, su richiesta del Committente, a decorrere dalla data di consegna dei sistemi almeno pari a **10 anni**;
9. Per tutto il periodo di garanzia la Ditta dovrà garantire a seguito di ogni intervento di manutenzione programmata e/o correttiva la redazione di un report nel quale si certifichi la funzionalità e la sicurezza dei sistemi.

L'offerta risponde a tutti i requisiti minimi sopra elencati? (**Requisito minimo: sì**)

Sì  No

## Requisiti Minimi caratteristiche tecniche dei sistemi offerti

### TAVOLO ASPIRATO DA PAVIMENTO

- Descrizione:

Tavolo aspirato da pavimento per la protezione dell'operatore dai vapori di formalina durante la preparazione dei pezzi anatomici con struttura portante/telaio/pennellature interamente realizzati in acciaio inossidabile AISI 304, spessore 15/10 circa, finitura satinata; componenti saldati in modo da creare una struttura robusta e non soggetta a cedimenti nel tempo;

Dotazione di un sistema di aspirazione per l'eliminazione totale dei vapori di formaldeide dal piano di lavoro.

- Alimentazione: 220/10 % Volt – 50 Hz
- Dimensioni in cm: lunghezza 150/200 circa x larghezza 80x90 circa;
- Pianale superiore in acciaio inox AISI 304 antiacido con bordo di contenimento;
- Griglie forate asportabili per agevole pulizia;
- Vasca di raccolta liquidi sotto le griglie;
- Camino posto sotto le griglie per il convogliamento dei vapori emanati sul piano;
- Presenza di cassetto posto nel basamento contenente: elettroaspiratore centrifugo silenzioso; prefiltro in materiale sintetico; filtro al carbone attivo specifico per formaldeide, predisposizione per eventuale filtro HEPA;
- Presenza di quadro di comando provvisto di interruttore generale motore – regolatore flusso; contaore di funzionamento
- Conformità alle norme e direttive italiane ed europee.

L'offerta risponde a tutti i requisiti minimi sopra elencati? (Requisito minimo: sì)

Sì  No