

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE – LAVAFERRI

Fornitore:			
Costruttore:			
Modello:			
CND:			
Richieste	Da compilare a cura del fornitore		
Caratteristiche tecniche	SI	NO	Note/Descrizione
Dispositivo dedicato al lavaggio, termodisinfezione e asciugatura di strumentario chirurgico mediante aria calda forzata			
Dimensioni: il dispositivo deve essere inserito all'interno di una nicchia avente le seguenti dimensioni: l 61,8 X p 84,5 X p 84,5 cm			
Rumorosità: < 60 dB			
Capacità di carico: fino a 8 DIN			
Struttura in acciaio inox AISI 304			
Camera interna in acciaio inox AISI 316L			
Porta a battente			
Sistema di asciugatura ad aria forzata			
Dosaggio chimici automatico mediante pompe controllate da microprocessore			
Carrello di lavaggio a tre livelli			
Giranti posizionati sia sul tetto che sul fondo della camera			
Capacità di memorizzare almeno 40 programmi di lavaggio e disinfezione			
Allarmi visivi e acustici (specificare)			
Dotato di sistema di filtrazione			
Dotato di condensatore di vapore			
Display per la visualizzazione di tutte le informazioni necessarie all'operatore relativamente allo stato della macchina: fase del ciclo in esecuzione, tempo rimanente alla fine del ciclo, temperature, ecc.			
Temperatura massima: 93 °C			
Collegamento RS 232			
Porta USB			
Dotazione di addolcitore			
Marchio CE			
Conforme alle normative vigenti (elencare)			
Garanzia minima 24 mesi			

Tempo di consegna ≤ 30 gg			
Assistenza tecnica full-risk in garanzia			
Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h			
Manutenzione Preventiva in garanzia			
Verifiche di Sicurezza Elettrica			
Manutenzione Correttiva in caso di guasto			
Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì			
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo			