

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	
Richieste	DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE
Fornitore	
Costruttore	
Modello	
CND	
Lavaendoscopi	
Caratteristiche costruttive: specificare dimensioni, materiali utilizzati per macchina e vasca, configurazione (singola vasca, doppia vasca, porta singola, porta passante e tutti gli accorgimenti utilizzati) robustezza e facilità di sanificazione	
Modalità di connessione dello strumento	
Modalità di controllo del flusso dei canali degli endoscopi, allarmi e avvisi	
Autodisinfezione: descrivere	
Cicli di lavaggio: descrivere dettagliatamente le caratteristiche dei cicli, specificando le fasi, la durata, temperatura di lavoro dell'acqua, sistemi di controllo, tipologia di lavaggio e risciacquo, modalità di caricamento, rumorosità	
Apertura e chiusura automatizzata hand free	
Sistema di sicurezza per l'operatore: descrivere tutti gli accorgimenti adottati	
Sistema di sicurezza per garantire l'esaurimento completo del detergente all'interno della tanica e tutti gli accorgimenti utilizzati	
Armadi di stoccaggio	
Caratteristiche costruttive: specificare dimensioni, materiali utilizzati, capacità di ogni armadio offerto	
Posizione degli endoscopi orizzontale	
Sistema di connessione degli strumenti	
Flussaggio dei canali interni degli strumenti con flussometri indipendenti per ogni singola connessione	
Specificare il tempo di mantenimento delle caratteristiche di stoccaggio in ore (> 72 ore) (allegare relativa attestazione)	
Compressore interno	
Allarmi: specificare tutti gli allarmi e gli avvisi attivabili	
Lavelli con pompe di lavaggio	
Caratteristiche costruttive: materiali utilizzati per la vasca di lavaggio, dimensioni e ogni eventuale accorgimento	
Automazione del processo di lavaggio	
Tracciabilità	
Avvio in modalità hands free	
Sistema di tracciabilità	
Descrivere dettagliatamente il sistema di tracciabilità offerto, specificando sistemi di riconoscimento di endoscopi e operatori, caratteristiche del software e tutti gli eventuali accorgimenti utilizzati	
Carrelli porta strumenti	
Descrivere dettagliatamente il carrello offerto	
Materiali di consumo	
Descrivere tutti i materiali di consumo necessari per le lavaendoscopi e le pompe di lavaggio, specificando quantitativi, dimensioni delle taniche e tutti gli accorgimenti necessari	
Progetto	
Verranno valutati i layout proposti, con indicazione degli ingombri, delle dimensioni dei locali e dei percorsi sporco/pulito (allegare)	
Contratto di assistenza tecnica	

Contratto di assistenza tecnica Descrivere le condizioni del contratto di assistenza tecnica, con particolare riferimento a: - Orari di intervento per Manutenzione Correttiva (almeno lun.-ven. h. 9-16) - Tempi di intervento per Manutenzione Correttiva (≤ 24 h) - Eventuale fornitura di apparecchi sostitutivi in caso di guasti prolungati - Modalità di assistenza tecnica remota - Numero e modalità di esecuzione della Manutenzione Preventiva - Aggiornamenti Software inclusi - Ubicazione del centro di assistenza tecnica di zona e magazzino dei ricambi - Numero e ubicazione degli specialist tecnici - Numero e ubicazione degli specialist applicativi	
Tempi di consegna (≤ 30 giorni)	
Formazione e addestramento del personale: specificare modalità e tempi	