

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE			
LOTTO 1 - N. 13 SISTEMI PER RISCALDAMENTO PAZIENTE			
Richieste	Da compilare a cura del fornitore		
Fornitore			
Costruttore			
Modello			
CND			
	SI	NO	NOTE
• Sistema adatto al riscaldamento del paziente			
• In grado di regolare la temperatura corporea con estrema precisione			
• Dotato di pannello di comando e controllo completo di display con indicazione delle temperature			
• Intervallo di temperatura: circa 35 – 39 °C			
• Dotato di sistemi di sicurezza in caso in cui la temperatura dovesse andare fuori dal range consentito			
• Tempo di raffreddamento o riscaldamento < 10 min			
• Capacità serbatoio fino ad almeno 1 l			
• Dimensioni compatte e peso < 10 kg			
• Rumorosità < 40 Db			
• Dotato di allarmi sonori			
• Apparecchio alimentato a rete			
• Utilizzo di materassini (ad acqua)			
Caratteristiche del materassino:			
• Materassino riutilizzabile			
• Facilmente disinfettabile			
• Sistema a circuito chiuso per il passaggio dell'acqua all'interno del materassino			
• Il materassino deve riscaldarsi in modo uniforme			
• Il materassino deve essere latex free, ignifugo, atossico e idrorepellente			
• Almeno n. 3 dimensioni			
Il sistema deve essere dotato di tutti i cavi, i connettori e gli accessori necessari per il suo completo e corretto funzionamento.			
• Facilità di pulizia e disinfezione e resistenza all'usura			
• Disponibilità dei ricambi per almeno 10 anni dalla data di fine produzione del macchinario, con espressa garanzia del mantenimento (o riduzione) dei costi di esercizio nel corso della sua vita utile			
• Costi relativi al fine vita: raccolta, smaltimento e riciclaggio: dichiarare l'adesione al D.Lgs. 151/05, per la gestione dei RAEE, che spetta ai produttori, ai quali compete la pianificazione e gestione di sistemi di raccolta. Si richiede quindi la espressa disponibilità allo smontaggio, smaltimento e riciclaggio al termine della vita utile			
Marchio CE			
Conforme alle norme vigenti (specificare e allegare)			
Garanzia 24 mesi			
Assistenza tecnica full-risk in garanzia, con fornitura di muletto sostitutivo di pari modello			
Tempo di consegna ≤ 30 gg			

Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h			
Manutenzione Preventiva in garanzia			
Verifiche di Sicurezza Elettrica			
Manutenzione Correttiva in caso di guasto, con fornitura di muletto sostitutivo di pari modello			
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo			