

SCHEDA TECNICA ELETTROBISTURI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA

- Elettrobisturi idoneo per utilizzo in endoscopia digestiva
- Completamente automatico
- Controllo automatico della potenza
- Disposizione fino a 3 uscite operative monopolari e bipolari
- Possibilità di cambiare le impostazioni dell'elettrobisturi direttamente dal campo operatorio sterile
- Identificazione del manipolo collegato
- Sistema di controllo dell'elettrodo neutro
- Possibilità di memorizzare i programmi di lavoro
- Dotato di display a colori touchscreen da almeno 10"
- Dotato di connessione WLAN
- Dotato di pedali di attivazione lavabili
- Correnti:
 - Monopolari taglio fino a 400 W
 - Bipolari taglio
 - Monopolari coagulo fino a 240 W
 - Bipolari coagulo
- Completo di coagulatore a gas Argon, al fine di ridurre il sanguinamento e i tempi operatori
 - Possibilità di sfruttare più modalità di coagulazione ad argon, tramite il SW dell'elettrobisturi
 - Capacità di controllare automaticamente la profondità di coagulazione dell'Argon Plasma
 - Dotato di attacco per bombola
 - Attivazione tramite pedale
 - Identificazione automatica degli strumenti utilizzati
 - Regolazione automatica del flusso di gas
 - Visualizzazione del livello di gas residuo nella bombola
 - Segnalazione di errori e malfunzionamenti
 - Dotazione di una bombola a gas argon
- Completo di pompa di irrigazione
 - Attivabile sia tramite pedale che tramite l'elettrobisturi
 - Dotato di pannello di controllo per la regolazione del flusso
- Completo di sistema per idrodissezione per assicurare una dissezione a freddo senza danno termico, con ridotti tempi di intervento e riduzione dei sanguinamenti
 - Pressione del getto d'acqua predefinita e costante, regolabile tra 1 e 80 bar
 - Penetrazione ed elevazione della mucosa intestinale
 - Dotato di display TFT
 - Dotato di pedale
 - Programmi impostabili e memorizzabili
 - Riconoscimento automatico sia di bassa pressione operativa che di alta pressione operativa
 - Controllo automatico del tempo massimo di attivazione
 - Dedicato alle seguenti procedure: EMR, ESD, POEM, Esofago di Barrett, angiodisplasie dell'intestino tenue e del colon

- Dotazione di carrello adatto all'alloggiamento di tutte le componenti
- Il sistema (elettrobisturi, coagulatore gas Argon, pompa di irrigazione, idrodissetto e carrello) dovrà essere completo di tutti i cavi, gli accessori e i set di fissaggio necessari per il suo completo e corretto funzionamento
- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare)

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 20 gg

Base di gara: 140.000,00 € IVA esclusa