

ASL Roma 5

Registro di Sistema PI274568-25

Procedura negoziata ex art. 50 comma I lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e smi su piattaforma telematica regionale Stella, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D. Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Mammografo per screening di II livello per il P.O. di Colferro. (Fondi Giubileo Chiesa Cattolica - DGR 622/2023 e DGR 22/2024.)

Verbale n. 1 del 09/02/2026 – Seduta di Gara

L'anno 2026, il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 12,30 presso gli uffici della UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare della ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (RM), si è proceduto, all'apertura telematica, della procedura di gara in epigrafe per la verifica e disamina della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti.

Sono presenti i componenti del Seduta di Gara, il Rup Dott. Mario Petrucci, e le testimoni Sig.ra Serena Russo e Sig.ra Alessandra Del Duca, giusta Deliberazione n. 174 del 29/01/2026 di nomina Commissione Giudicatrice e Seduta di Gara.

Agli operatori economici partecipanti è stata data comunicazione della presente seduta attraverso la piattaforma Stella nella sessione di gara sopra richiamata.

Premesso che per quanto sopra, è stata pubblicata su piattaforma Regionale Stella con il Registro di Sistema PI259557-25 manifestazione di interesse per la fornitura di n. 1 Mammografo, da affidare a seguito di RdO con l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.lgs 36/2023;

Che sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, è stata attivata su piattaforma regionale Stella, ai sensi dell'art. 50 comma I lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e smi, procedura negoziata nella forma di RdO PI274568-25, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D. Lgs., alla quale sono stati invitati gli operatori economici che avevano manifestato interesse: Biesse Medica, Siemens Healthacre srl, Trade Art 2000 spa, Metaltronica e Fujifilm Healthcare Italia spa, Esaote spa, IMS Giotto spa, Ge Medical Systems Italia spa;

Che, scaduto il termine di presentazione della RdO di cui sopra, fissato alle ore 10:00 del 12.01.2026, sono pervenute n. 5 offerte presentate dalle società: Biesse Medica, Siemens Healthacre srl, Trade Art 2000 spa, Metaltronica e Fujifilm Healthcare Italia spa;

Che con Deliberazione n. 174 del 29/01/2026 è stato nominato il Seduta di Gara per la verifica della documentazione amministrativa e la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

Il Seduta prende atto delle offerte pervenute sulla piattaforma regionale "Stella", dagli operatori economici Biesse Medica, Fujifilm Healthcare, Metaltronica, Siemens Healthcare e Trade Art 2000 quindi il RUP procede con l'apertura del file contenente le Buste Documentazione Amministrativa, scarica tutta la documentazione ivi contenuta, firmata digitalmente dalle suddette società.

Il Seduta procede con la verifica e disamina della documentazione presentata dalle società Biesse Medica e Fujifilm Healthcare.


Il Presidente alle ore 14:00 dichiara sciolta la seduta del seduta di gara del che è verbale e la aggiorna a data da destinarsi.

Letto confermato e sottoscritto:

Il Presidente: Dott. Mario Petrucci

Il Testimone Sig.ra Serena Russo

Il Testimone Sig.ra Alessandra Del Duca



The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a handwritten signature in black ink. The middle line has a handwritten signature in black ink. The bottom line has a handwritten signature in black ink.

ASL Roma 5

Registro di Sistema PI274568-25

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e smi su piattaforma telematica regionale Stella, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D. Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Mammografo per screening di II livello per il P.O. di Colferro. (Fondi Giubileo Chiesa Cattolica - DGR 622/2023 e DGR 22/2024.)

Verbale n. 2 del 11/02/2026 – Sedgio di Gara

L'anno 2026, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10.25 presso gli uffici della UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare della ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (RM), sono proseguiti i lavori di verifica e disamina della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in epigrafe, già scaricata come da verbale n. 1 del 09/02/2026.

Sono presenti, i componenti del Sedgio di Gara, il Rup Dott. Mario Petrucci, e le testimoni Sig.ra Serena Russo e Sig.ra Alessandra Del Duca, giusta Deliberazione n. 174 del 29/01/2026 di nomina Commissione Giudicatrice e Sedgio di Gara.

Il Sedgio prosegue i lavori di verifica e disamina della documentazione presentata in sede di gara dalle soc. Metaltronica, Siemens Healthcare e Trade Art. 2000.

Terminati i lavori il Rup, alle ore 12,00 accede in piattaforma Stella nella sessione di gara PI274568-25 e procede ad ammettere alle successive fasi di gara le società Biesse Medica, Fujifilm Helathcare, Metaltronica, Siemens Healthcare e Trade Art 2000.


Il Presidente alle ore 12:15 dichiara sciolta la seduta del sedgio di gara del che è verbale.

Letto confermato e sottoscritto:

Il Presidente: Dott. Mario Petrucci

Il Testimone Sig.ra Serena Russo

Il Testimone Sig.ra Alessandra Del Duca



The image shows three horizontal lines representing signature lines. Above the top line is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'MP' for Mario Petrucci. Above the middle line is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'SR' for Serena Russo. Above the bottom line is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'AD' for Alessandra Del Duca.

Registro di Sistema PI274568-25

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e smi su piattaforma telematica regionale Stella, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D.Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Mammografo per screening di II livello per il P.O. di Colferro. (Fondi Giubileo Chiesa Cattolica - DGR 622/2023 e DGR 22/2024.)

Verbale n. 1 del 19/02/2026 – Commissione Giudicatrice

L'anno 2026, il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 9.25 presso gli uffici della UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare della ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (RM), si è riunita la Commissione Giudicatrice, giusta Deliberazione n. 174 del 29/01/2026, per procedere all'apertura telematica e disamina dell'offerta tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in epigrafe. Sono presenti la Presidente Ing. Roberta Leone, i Commissari Dott.ssa Veronica Barra e Dott.ssa Federica Vasselli, e il Segretario verbalizzante Sig.ra Serena Russo.

Agli operatori economici partecipanti è stata data comunicazione della presente seduta attraverso la piattaforma Stella nella sessione di gara sopra richiamata.

Premesso che per quanto sopra, è stata pubblicata su piattaforma Regionale Stella con il Registro di Sistema PI259557-25 manifestazione di interesse per la fornitura di n. 1 Mammografo, da affidare a seguito di RdO con l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.lgs 36/2023;

Che sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, è stata attivata su piattaforma regionale Stella, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e smi, procedura negoziata nella forma di RdO PI274568-25, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D. Lgs., alla quale sono stati invitati gli operatori economici che avevano manifestato interesse: Biesse Medica Srl, Siemens Healthacre sSrl, Trade Art 2000 Spa, Metaltronica Spa e Fujifilm Healthcare Italia spa, Esaote spa, IMS Giotto spa, Ge Medical Systems Italia spa;

Che, scaduto il termine di presentazione della RdO di cui sopra, fissato alle ore 10:00 del 12.01.2026, sono pervenute n. 5 offerte presentate dalle società: Biesse Medica, Siemens Healthacre srl, Trade Art 2000 Spa, Metaltronica Spa e Fujifilm Healthcare Italia Spa;

Che con Deliberazione n. 174 del 29/01/2026 è stato nominato il Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa e la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

La Commissione Giudicatrice prende atto delle offerte caricate sulla piattaforma regionale "Stella", dagli operatori economici Biesse Medica, Fujifilm Healthcare, Metaltronica, Siemens Healthcare e Trade Art 2000, e prende atto altresì, del disciplinare di gara e dei chiarimenti pubblicati in sede di gara, quindi il Presidente accede in piattaforma e procede con l'apertura del file contenente le Buste Documentazione Tecnica, scarica tutta la documentazione ivi contenuta, firmata digitalmente dalle suddette società partecipanti.

La Commissione Giudicatrice procede con la verifica e disamina della documentazione presentata dalla società Biesse Medica, al termine della quale procede alla valutazione e relativa attribuzione dei punteggi tecnici. Prosegue i lavori di verifica e disamina della documentazione presentata dalla società Fujifilm Healthcare, al termine della quale procede alla valutazione e relativa attribuzione dei punteggi tecnici.

Prosegue altresì con la verifica e disamina della documentazione presentata dalla società Metaltronica, riservandosi di proseguire i lavori a nuova seduta.

Il Presidente alle ore 13:33 dichiara sciolta la seduta di gara del che è verbale e la aggiorna a data da destinarsi.


Letto confermato e sottoscritto:


Il Presidente: Ing. Roberta Leone


Il Commissario Dott.ssa Veronica Barra


Il Commissario Dott.ssa Federica Vasselli

Il Segretario Verbalizzante Sig.ra Serena Russo









ASL Roma 5

Registro di Sistema PI274568-25

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e smi su piattaforma telematica regionale Stella, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D.Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Mammografo per screening di II livello per il P.O. di Colferro. (Fondi Giubileo Chiesa Cattolica - DGR 622/2023 e DGR 22/2024.)

Verbale n. 2 del 20/02/2026 – Commissione Giudicatrice

L'anno 2026, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 9.30 presso gli uffici della UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare della ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (RM), si è riunita la Commissione Giudicatrice, giusta Deliberazione n. 174 del 29/01/2026, per il prosieguo dei lavori di disamina e valutazione dell'offerta tecnica presentata dalle ditte partecipanti in sede di offerta, iniziati in data 19/02/2026 come da verbale 1.

Sono presenti la Presidente Ing. Roberta Leone, i Commissari Dott.ssa Veronica Barra e Dott.ssa Federica Vasselli (collegata da remoto, e il Segretario verbalizzante Sig.ra Serena Russo.

La Commissione Giudicatrice prosegue i lavori, precedentemente iniziati, di verifica e disamina della documentazione presentata dalla società: Metaltronica al termine della quale procede alla valutazione e relativa attribuzione dei punteggi tecnici. Prosegue i lavori di verifica e disamina della documentazione presentata dalla società Siemens Healthacre srl, riservandosi di proseguire i lavori a nuova seduta.

Il Presidente alle ore 10:57 dichiara sciolta la seduta di gara del che è verbale e la aggiorna a data da destinarsi.


Letto confermato e sottoscritto:


Il Presidente: Ing. Roberta Leone


Il Commissario Dott.ssa Veronica Barra


Il Commissario Dott.ssa Federica Vasselli

Il Segretario Verbalizzante Sig.ra Serena Russo









ASL Roma 5

Registro di Sistema PI274568-25

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e smi su piattaforma telematica regionale Stella, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D.Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Mammografo per screening di II livello per il P.O. di Colferro. (Fondi Giubileo Chiesa Cattolica - DGR 622/2023 e DGR 22/2024.)

Verbale n. 3 del 25/02/2026 – Commissione Giudicatrice

L'anno 2026, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 9.50 presso gli uffici della UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare della ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (RM), si è riunita la Commissione Giudicatrice, giusta Deliberazione n. 174 del 29/01/2026, per il prosieguo dei lavori di disamina e valutazione dell'offerta tecnica presentata dalle ditte partecipanti in sede di offerta, iniziati come da verbale n. 1 e n. 2.

Sono presenti la Presidente Ing. Roberta Leone, i Commissari Dott.ssa Veronica Barra (collegata da remoto) e Dott.ssa Federica Vasselli, e il Segretario verbalizzante Sig.ra Serena Russo.

La Commissione Giudicatrice prosegue i lavori di verifica e disamina della documentazione presentata dalla società Siemens Healthacre srl, al termine della quale procede alla valutazione e relativa attribuzione dei punteggi tecnici.

Prosegue i lavori di verifica e disamina della documentazione presentata dalla società Trade Art 2000 spa, al termine della quale procede alla valutazione e relativa attribuzione dei punteggi tecnici.

Il Presidente alle ore 12:00 dichiara sciolta la seduta di gara del che è verbale e la aggiorna a data da destinarsi.





Letto confermato e sottoscritto:

Il Presidente: Ing. Roberta Leone

Il Commissario Dott.ssa Veronica Barra

Il Commissario Dott.ssa Federica Vasselli

Il Segretario Verbalizzante Sig.ra Serena Russo

Registro di Sistema PI274568-25

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e smi su piattaforma telematica regionale Stella, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D.Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Mammografo per screening di II livello per il P.O. di Colferro. (Fondi Giubileo Chiesa Cattolica - DGR 622/2023 e DGR 22/2024.)

Verbale n. 4 del 26/02/2026 – Commissione Giudicatrice

L'anno 2026, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 14.50 presso gli uffici della UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare della ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (RM), si è riunita la Commissione Giudicatrice, giusta Deliberazione n. 174 del 29/01/2026, per il prosieguo dei lavori di disamina e valutazione dell'offerta tecnica presentata dalle ditte partecipanti in sede di offerta.

Sono presenti la Presidente Ing. Roberta Leone, i Commissari Dott.ssa Veronica Barra e Dott.ssa Federica Vasselli. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante l'Ing. Roberta Leone.

La Commissione Giudicatrice terminati i lavori di verifica, valutazione e attribuzione punteggi soggettivi, prosegue i lavori di attribuzione dei punteggi oggettivi delle offerte tecniche presentate in sede di gara dalle società partecipanti, come risultante dal prospetto riepilogativo allegato alla presente, e procede, come previsto dal bando di gara, alla riparametrizzazione del punteggio tecnico assegnato alle ditte partecipanti alle diverse voci previste dal bando di gara, di seguito riportato:

Punteggio qualità totale attribuito

- Soc. Biesse Medica srl: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	65,12
- Soc. Fujifilm Healthcare Italia spa: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	68,39
- Soc. Metaltronica punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	60,46
- Soc. Siemens Healthacre srl: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	59,41
- Soc. Trade Art 2000 spa: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	71,61

Punteggio qualità Riparametrato

- Soc. Biesse Medica srl: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	72,75
- Soc. Fujifilm Healthcare Italia spa: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	76,40
- Soc. Metaltronica punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	67,54
- Soc. Siemens Healthacre srl: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	66,37
- Soc. Trade Art 2000 spa: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	80,00

Per motivi tecnici il Presidente non riesce ad accedere in piattaforma per procedere ad inserire i punteggi tecnici sopra riportati.

Il Presidente alle ore 15.55 dichiara sciolta la seduta del che è verbale, e la aggiorna a data da destinarsi.





Letto confermato e sottoscritto:

Il Presidente: Ing. Roberta Leone

Il Commissario Dott.ssa Veronica Barra

Il Commissario Dott.ssa Federica Vasselli

Il Segretario Verbalizzante Ing. Roberta Leone

	Biesse Medica	Fujifilm	Metaltronica	Siemens	Trade Art 2000
Verranno valutate le caratteristiche del generatore e del tubo radiogeno *	1,60	2,00	1,60	1,20	2,00
Potenza (≥ 5 kW)	3,00	2,00	2,40	0,00	4,00
Valore massimo della corrente anodica impostabile	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Valutazione delle tecniche di lavoro e dei parametri espositivi impostabili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sistema di riduzione della dose, dei sistemi per la correzione automatica degli artefatti metallici, del sistema di collimazione e degli ulteriori provvedimenti per la limitazione della dose mediante software	3,00	3,00	1,80	3,00	3,00
Caratteristiche dei sistemi di visualizzazione e memorizzazione dei parametri e calcolo della dose	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	15,60	15,00	13,80	12,20	17,00
Verranno valutate le caratteristiche del tubo, la velocità di rotazione, delle macchie focali e delle potenze applicabili su di essi, la dotazione di filtrazioni aggiuntive dedicate per le varie tecniche di acquisizione e dei sistemi di sicurezza ed allarmi	2,00	2,00	1,60	1,20	1,20
Dissipazione termica dell'anodo (≥ 40 kHU/min)	2,00	2,00	2,00	0,90	2,00
Capacità termica anodica massima (≥ 300 kHU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,00	4,00	3,60	2,10	3,20
Verrà valutata la geometria della meccanica dello stativo con bracci a C, con particolare riferimento alle movimentazioni in termini di escursioni (specificare) es all'ergonomia del sistema ai fini del posizionamento della paziente	3,00	3,00	1,80	2,40	3,00
Distanza fuoco rilevatore (cm)	2,94	2,79	2,83	2,79	3,00
Distanza tra detettore e centro di rotazione	0,00	2,45	0,44	2,65	3,00
	5,94	8,24	5,07	7,84	9,00
Valutazione del detettore digitale dinamico in termini di tecnologia costruttiva, dimensioni dell'area attiva, matrice di acquisizione, dimensione del pixel ed eventuali benefici sulla dose-paziente	1,60	2,00	1,60	1,60	2,00
Dimensioni del pixel (≤ 100 µm)	1,41	3,00	1,59	1,41	2,81
Valore del DQE a 0 lp/mm	3,00	2,12	2,46	2,62	3,00
	6,01	7,12	5,65	5,63	7,81
Verrà valutato il sistema di compressione in termini di accorgimenti adottati per il comfort della paziente e dell'operatore in termini di posizionamento	3,00	3,00	1,80	2,40	2,40
Verrà valutato il kit di compressori in termini di tecnologia costruttiva e di numero di compressori disponibili	4,00	4,00	4,00	3,20	4,00
Verrà valutato il sistema di controllo della pressione esercitata: tipologia e modalità, regolazione della pressione, metodo di decompressione e sistemi di sicurezza	3,00	3,00	2,40	3,00	3,00
	10,00	10,00	8,20	8,60	9,40
Verrà valutato il sistema per l'acquisizione di immagini mammografiche e in particolare l'ergonomia, la dotazione di funzioni di pre e post elaborazione dedicate e l'intuitività e la facilità di utilizzo del programma di acquisizione	2,40	3,00	2,40	2,40	1,80
Tempi di acquisizione e di preview delle immagini 2D e 3D	3,00	2,40	3,00	3,00	3,00
	5,40	5,40	5,40	5,40	4,80
Verrà valutata la funzionalità di tomosintesi in termini di geometria dell'acquisizione, di algoritmo di ricostruzione adottato e degli ulteriori provvedimenti tecnologici adottati ai fini del miglioramento della qualità delle immagini	1,20	2,00	1,20	1,20	1,60
Acquisizione delle immagini con tubo in movimentazione continua	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Angolo di acquisizione in tomosintesi	1,20	1,60	2,00	2,00	0,60
	4,40	5,60	5,20	5,20	4,20
Verrà valutato il sistema di guida dell'ago in termini di ergonomia e flusso di lavoro	1,60	2,00	2,00	2,00	1,60
Dimensioni dell'area del campo di biopsia	1,53	0,39	1,13	0,24	4,00
	3,13	2,39	3,13	2,24	5,60
End of Life (anno di fine produzione dei pezzi di ricambio)	1,95	1,70	1,80	2,00	1,85
End of Service (anno di fine supporto tecnico)	1,86	1,71	1,71	1,90	2,00
	3,81	3,41	3,51	3,90	3,85
Contratto di assistenza tecnica	3,00	2,40	2,40	1,80	3,00
	3,00	2,40	2,40	1,80	3,00
Tempi di consegna	0,50	1,00	0,50	0,50	0,25
Garanzia	0,33	0,83	1,00	1,00	0,50
Formazione e addestramento del personale: specificare modalità e tempi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	3,83	4,83	4,50	4,50	3,75
TOTALE	65,12	68,39	60,46	59,41	71,61
TOTALE RIPARAMETRATO	72,75	76,40	67,54	66,37	80,00

as Jor RB

ASL Roma 5

Registro di Sistema PI274568-25

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e smi su piattaforma telematica regionale Stella, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D.Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Mammografo per screening di II livello per il P.O. di Colferro. (Fondi Giubileo Chiesa Cattolica - DGR 622/2023 e DGR 22/2024.)

Verbale n. 5 del 03/03/2026 – Commissione Giudicatrice

L'anno 2026, il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 9:35 presso gli uffici della UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare della ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (RM), si è riunita la Commissione Giudicatrice, giusta Deliberazione n. 174 del 29/01/2026, per il prosieguo dei lavori concernenti l'inserimento dei punteggi tecnici in piattaforma e l'apertura delle offerte economiche della procedura indicata in oggetto.

Sono presenti la Presidente Ing. Roberta Leone, i Commissari Dott.ssa Veronica Barra e Dott.ssa Federica Vasselli ed il Segretario verbalizzante Sig.ra Serena Russo.

Premesso che in data 26/02/2026 il Presidente per motivi tecnici della Piattaforma Stella non è riuscito ad inserire i punteggi tecnici in piattaforma, in data odierna, si accede in piattaforma Stella nella sessione della procedura di gara indicata in epigrafe, e procede all'inserimento dei punteggi qualità assegnati, riparametrati come da verbale n. 4, e meglio di seguito riportati:

Punteggio qualità Riparametrato

- Soc. Biesse Medica srl: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	72,75
- Soc. Fujifilm Healthcare Italia spa: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	76,40
- Soc. Metaltronica punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	67,54
- Soc. Siemens Healthacre srl: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	66,37
- Soc. Trade Art 2000 spa: punteggio tecnico totale attribuito dalla Commissione:	80,00

Procede quindi all'apertura delle cartelle firmate digitalmente contenenti l'offerta economica e a scaricare tutta la documentazione ivi contenuta.

La Commissione procede alla disamina delle offerte economiche presentate dalle società partecipanti, che risultano congrue, quindi il Presidente accede in piattaforma e attiva la funzione del calcolo economico, a seguito del quale la Commissione rileva incongruenza tra l'attribuzione del calcolo automatico generato dalla formula presente in piattaforma rispetto alla formula riportata nel disciplinare di gara.

In particolare la Commissione rileva che la formula per il calcolo del punteggio al prezzo indicata nel disciplinare di gara (valore assoluto) è diversa da quella indicata nella piattaforma stella (ribasso massimo non lineare con coefficiente 0,20).

La Commissione Giudicatrice stabilisce di sospendere i lavori e chiedere supporto al RUP che ha pubblicato la procedura di gara sulla piattaforma stella, al fine della risoluzione della problematica.

Il Presidente alle ore 12.10 dichiara sciolta la seduta del che è verbale, e la aggiorna a data da destinarsi.





Letto confermato e sottoscritto:

Il Presidente: Ing. Roberta Leone

Il Commissario Dott.ssa Veronica Barra

Il Commissario Dott.ssa Federica Vasselli

Il Segretario Verbalizzante Sig.ra Serena Russo

ASL Roma 5

Registro di Sistema PI274568-25

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 e smi su piattaforma telematica regionale Stella, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del citato D.Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 1 Mammografo per screening di II livello per il P.O. di Colferro. (Fondi Giubileo Chiesa Cattolica - DGR 622/2023 e DGR 22/2024.)

Verbale n. 6 del 10/03/2026 – Commissione Giudicatrice

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 10.30 presso gli uffici della UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare della ASL Roma 5, sita in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (RM), si è riunita la Commissione Giudicatrice, giusta Deliberazione n. 174 del 29/01/2026, per il prosieguo dei lavori sospesi durante la seduta del 03.03.2026.

Sono presenti la Presidente Ing. Roberta Leone e i Commissari Dott.ssa Veronica Barra, Dott.ssa Federica Vasselli (collegata da remoto) ed il Segretario verbalizzante Sig.ra Serena Russo.

Premesso che in data 03/03/2026 la Commissione Giudicatrice ha sospeso i lavori e richiesto al Rup la risoluzione della problematica relativa alla difformità tra la formula economica presente sulla piattaforma stella (ribasso massimo non lineare con coefficiente 0,20) diversa da quella indicata a pag. 23 del disciplinare di gara (valore assoluto);

Considerato che il Rup, ricevuta la problematica dalla Commissione, con mail del 03/03/2026 ha segnalato al Supporto Help Desk di Stella la situazione chiedendo la sostituzione della formula erroneamente indicata in piattaforma durante il caricamento della procedura "Ribasso Massimo non Lineare con coefficiente 0,20" con quella presente nel disciplinare di gara "Valore Assoluto", al fine del rispetto della nel rispetto della *lex specialis* di gara dettata dal Disciplinare di Gara pubblicato.

Tenuto Conto che il Rup in data 04.03.2026 ha comunicato al segretario di gara l'avvenuta risoluzione della problematica attraverso il "Supporto Help Desk Stella" che ha modificato la formula come richiesto, e indicato la procedura di Ripristina Fase da eseguire in piattaforma per il calcolo economico con la giusta formula nel riepilogo finale.

Per quanto sopra in data odierna, alle ore 11.00 il Presidente accede in piattaforma Stella nella sessione della procedura di gara indicata in epigrafe e procede con il Ripristina fase e successivo calcolo economico, dal quale si evince il riepilogo dei punteggi tecnici ed economici ed il relativo punteggio totale, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che il punteggio complessivo più alto pari a 92,90 è stato raggiunto dalla soc. Trade Art 2000 Spa, che ha presentato, per la fornitura di n. 1 Mammografo, offerta economica per l'importo di € 215.000,00 oltre iva.

Il Presidente procede sempre attraverso la piattaforma con la Verifica dell'Offerta Anomala, rilevando che la ditta risultata aggiudicataria non è anomala. L'offerta anomala è stata presentata dalla soc. Metaltronica, risultata 4 in graduatoria.

Per quanto sopra la Commissione conferma l'aggiudicazione nei confronti della società Trade Art 2000 Spa. Terminati i lavori la Commissione trasmette al RUP i verbali dal n. 1 del 19/02/2026 al presente n. 6 per l'ulteriore seguito di competenza.

Il Presidente alle ore 11.15 dichiara sciolta la seduta del che è verbale.


Letto confermato e sottoscritto:


Il Presidente: Ing. Roberta Leone


Il Commissario Dott.ssa Veronica Barra


Il Commissario Dott.ssa Federica Vasselli

Il Segretario Verbalizzante Sig.ra Serena Russo









MAMMOGRAFO													
Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso	Stato Scheda PCP	Scheda PCP
1	Valutato	TRADE ART 2000 S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	92,90	80,00	12,90	215.000,00	220000	2,27273	5000	Scheda confermata	S2 - Per la procedura a fase unica: è l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta. Per le procedure a due fasi: è l'elenco dei soggetti invitati e di quelli che non hanno presentato offerta.
1	Valutato	FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A.	II Classificato	2	92,25	76,40	15,85	175.000,00	220000	20,45455	45000	Scheda confermata	S2 - Per la procedura a fase unica: è l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta. Per le procedure a due fasi: è l'elenco dei soggetti invitati e di quelli che non hanno presentato offerta.
1	Valutato	BIESSE MEDICA		3	88,51	72,75	15,76	176.000,00	220000	20,00	44000	Scheda confermata	S2 - Per la procedura a fase unica: è l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta. Per le procedure a due fasi: è l'elenco dei soggetti invitati e di quelli che non hanno presentato offerta.
1	Valutato	METALTRONICA		4	87,54	67,54	20,00	138.700,00	220000	36,95455	81300	Scheda confermata	S2 - Per la procedura a fase unica: è l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta. Per le procedure a due fasi: è l'elenco dei soggetti invitati e di quelli che non hanno presentato offerta.
1	Valutato	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.		5	80,89	66,37	14,52	191.000,00	220000	13,18182	29000	Scheda confermata	S2 - Per la procedura a fase unica: è l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta. Per le procedure a due fasi: è l'elenco dei soggetti invitati e di quelli che non hanno presentato offerta.



