

SCHEMA TECNICA CENTRALE DI MONITORAGGIO CON N. 10 TELEMETRIE

- Telemetro indossabile
 - Dotato di display touchscreen a colori da almeno 2,5”
 - Rilevazione di almeno i seguenti parametri:
 - ECG
 - SpO2
 - Resp
 - Interfaccia semplice e intuitivo
 - Allarmi acustici e visivi
 - Possibilità di visualizzare contemporaneamente almeno due forme d'onda
 - Grado di impermeabilità almeno IPX6
 - Dotato di presa USB
 - Pulsante di chiamata infermiere
 - Resistente alle cadute
 - Memorizzazione fino a 48 ore di trend e 200 eventi
 - Dotato di batteria ricaricabile ad elevata autonomia (specificare)
 - Dotato di stazione di ricarica delle batterie
 - Collegamento alla stazione di monitoraggio via wireless
 - Dotazione di una centrale di monitoraggio costituita da:
 - PC
 - n. 1 monitor da circa 24”
 - mouse
 - tastiera
 - stampante laser
 - UPS
- La centrale deve essere in grado di leggere fino a 24 posti letto, deve essere dotata di allarmi e registrare gli eventi

Accessori inclusi nella fornitura

- Stazione di ricarica
- N. 20 batterie ricaricabili
- Tutti i cavi e gli accessori necessari al completo e corretto funzionamento del sistema di monitoraggio e al collegamento tra i telemetri e la centrale
- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare)

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna \leq 30 gg
- Formazione per il personale on-site \geq 2 h

- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo