

SCHEDA TECNICA N. 1 ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE

L'aspiratore deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

- Aspiratore chirurgico portatile per uso continuo
- Adatto ad uso adulto, pediatrico e neonatale per aspirazione di liquidi corporei
- Dotato di n. 4 ruote di cui almeno n. 2 con freno
- Dotato di maniglia di trascinamento
- Materiale plastico ad elevato isolamento termico ed elettrico
- Alimentazione a rete e a batteria ricaricabile con autonomia > 30 min e tempo di ricarica < 3 ore
- Dotato di n. 2 vasi in policarbonato da circa 1 litro ognuno autoclavabili e dotati di valvola di troppo pieno
- Indicatore di pressione per regolare l'aspirazione
- Aspirazione massima: circa -0.8 bar
- Flusso di aspirazione: fino a 16 l/min

Dotazioni per ogni aspiratore:

- Cavo di alimentazione
- N. 2 vasi autoclavabili
- N. 10 Set di tubi 6x10 mm
- N. 10 connettori
- N. 10 Filtri antibatterici e idrofobici
- N. 50 sacche monouso con coperchio

L'aspiratore deve essere dotato di tutti i cavi e gli accessori necessari per il suo corretto e completo utilizzo.

- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare)

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo