

*“strumento e reagenti/materiale di consumo per l’esame morfologico del liquido seminale”* per le esigenze della Asl Roma 5

La fornitura richiesta dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche indispensabili e requisiti minimi obbligatori:

- Strumento per la refertazione in completo automatismo e in contemporanea dei seguenti parametri: pH, concentrazione, motilità progressiva (rapida e lenta), motilità non progressiva e spermatozoi immobili, morfologia dei nemaspermi, cellule rotonde e con minimo utilizzo di campione biologico, secondo le Linee Guida WHO VI (sesta edizione);
- Dotazione di interfacciamento al LIS;
- Software in lingua italiana, con aggiornamenti gratuiti;
- Marcatura CE-IVD su strumentazione e reagenti forniti per l’esecuzione dei test richiesti;
- Fornitura di strumento da banco, reagenti, controlli, materiali di consumo e contenitori in quantità adeguata al numero di test previsti.