

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE			
ARCO A C VASCOLARE			
Richieste	Da compilare a cura del fornitore		
Fornitore			
Costruttore			
Modello			
CND			
	SI	NO	NOTE
Laser CO2 per la chirurgia ORL			
Struttura ergonomica, compatta, montata su n. 4 ruote piroettanti, con protezione del braccio durante la movimentazione			
Potenza di emissione: circa 1-40 W			
Lunghezza d'onda indicativa: 10600 nm			
Modalità di erogazione: almeno continua e pulsata			
Sistemi automatizzati per aumentare il livello di rapidità e precisione nei trattamenti			
Interfaccia utente intuitiva, tramite schermo touchscreen di elevate dimensioni			
Possibilità di avere un doppio rilascio dell'energia laser CO2 mediante braccio articolato e fibra flessibile			
Procedure chirurgiche preimpostate			
Possibilità di memorizzare almeno 20 procedure personalizzate			
Micromanipolatore ad elevata efficienza e profondità di fuoco			
Presenza di un joystick per la regolazione delle movimentazioni			
Dotazione di dispositivi di protezione da fonti laser per il personale e il paziente			
Marchio CE			
Conforme alle normative vigenti (specificare)			