

SCHEDA TECNICA N. 2 VENTILATORI POLMONARI A TURBINA

Caratteristiche costruttive:

- Ventilatore a turbina per area critica, adatto al trasporto, per pazienti adulti e pediatrici
- Struttura solida e compatta
- Schermo touch screen da almeno 10"
- Sensore di flusso, valvola inspiratoria ed espiratoria facilmente smontabili e sterilizzabili a 134 °C
- Utilizzabile a batteria
- Dotato di carrello dedicato con braccio reggi tubo e porta bombola
- Porta Ethernet
- Porta USB
- Dichiarazioni di conformità

Caratteristiche funzionali e operative:

- Durata del trend di visualizzazione di almeno 72 ore;
- Possibilità di visualizzazione di almeno 4 tracce
- Allarmi personalizzabili dall'utilizzatore
- Modalità di ventilazione a Volume Controllato
- Modalità di ventilazione a Pressione Controllata
- Modalità CPAP
- Modalità SIMV
- Modalità APRV
- Modalità NIV
- Pressione inspiratoria massima di circa 60 cm H₂O
- Volume Tidale massimo di almeno 2000 ml (adulto)
- Volume Tidale massimo di almeno 300 ml (pediatrico)
- Flusso O₂ massimo erogato di almeno 80 l/min
- Il ventilatore non deve prevedere l'impiego di materiale di consumo infungibile
- In caso di utilizzo di materiali di consumo reperibili sul libero mercato, la ditta dovrà offrire uno starter kit per la copertura di 18 mesi
- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare ed elencare)

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
- Manutenzione Preventiva annuale in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica annuale in garanzia
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì, con fornitura, in caso di risoluzione non immediata, di muletto
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo