OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DI ALCOL, SOSTANZE STUPEFACENTI E RELATIVI METABOLITI SU MATRICE EMATICA E PER IL MONITORAGGIO TERAPEUTICO DI FARMACI ED IMMUNOSOPPRESSORI

Alcol e droghe d'abuso su matrice ematica		
Determinazione	**P.O. Colleferro – test/anno**	**P.O. Tivoli – test/anno**
Alcol etilico	1.200	1.200
Amfetamina	1.200	1.200
Ecstasy	1.200	1.200
Oppiacei	1.200	1.200
Cocaina	1.200	1.200
Cannabinoidi	1.200	1.200
Metadone	1.200	1.200
Farmaci e immunosoppressori		
Determinazione	**P.O. Colleferro – test/anno**	**P.O. Tivoli – test/anno**
Levetiracetam	150	—
Everolimus	150	—
Tacrolimus	150	—

Caratteristiche tecniche minime del sistema e dei reagenti

La fornitura dovrà comprendere:

1. N. 2 analizzatori automatici, uno destinato al Laboratorio Analisi del P.O. di Tivoli e uno al Laboratorio Analisi del P.O. di Colleferro, per l'esecuzione delle determinazioni richieste.
2. Tutti i reagenti, calibratori, materiali di controllo di qualità e consumabili necessari all'esecuzione delle prestazioni.
3. Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk per l'intera durata contrattuale.
4. Il collegamento bidirezionale al sistema informatico di Laboratorio (LIS).

Gli analizzatori dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Sistemi stand-alone, random-access e completamente automatici.
- Conformità alla normativa vigente in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro, con idonea destinazione d'uso per le matrici biologiche e le determinazioni richieste.
- Aspirazione e dispensazione automatica da provetta primaria, senza necessità di manipolazione manuale del campione da parte dell'operatore.
- Produttività fotometrica non inferiore a 500 test/ora, esclusi gli eventuali moduli ISE.
- Disponibilità di almeno 10 canali aperti.
- Caricamento in continuo dei campioni e dei reagenti.
- Software gestionale in lingua italiana.
- Vano reagenti refrigerato.
- Lettore di codici a barre integrato per campioni e reagenti.
- Deionizzatore e gruppo di continuità, ove necessari al corretto funzionamento del sistema.